

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu
1	Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym	Przedmiot powinien spełniać następujące wymagania: • Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 200 mm -620 mm. • Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża • Koła wyposażone w hamulec jazdy i obrotu • Wymagane obciążenie 150 kg • Materac przeciwodleżynowy dopasowany do wymiarów łóżka • Regulacja segmentu oparcia pleców oraz wysokości • Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany w tulejach • Barierki boczne - komplet 4 szt. • Leże metalowe • Pilot do regulacji funkcji łóżka • Zestaw transporterów 2 szt. • Preferowany kolor elementów drewnianych Buk • Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim • Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2200 mm - szerokość całkowita: 1050 mm • Wymiary leża: - szerokość: 900 mm - długość: 2000 mm.
2	Stolik przyłóżkowy z przechylnym blatem	Przedmiot powinien spełniać następujące wymagania: • Regulowana wysokość 600-980 mm • Długość: 900-920 mm • Szerokość: 460-470 mm • Regulowana wysokość: 760-780 mm • Wysokość nad podłogą: 80 mm • Powierzchnia małego blatu: 150 x 400 mm (dł. x szer.) • Powierzchnia dużego blatu: 600 x 400 mm (dł x szer.) • Maksymalny udźwig: 15 kg • Preferowany kolor elementów drewnianych Buk

